



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ: 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 – Centro – CEP 18.580-000
Telefax: (14) 3888-8100 PEREIRAS – Estado de São Paulo

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 011/2019

Trata o presente Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 011/2019, cujo objeto é a contratação de empresa(s) para o fornecimento de equipamentos destinados ao Centro de Saúde de Pereiras, atendendo ao Convênio nº 305/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pereiras e a Secretaria de Estado de Saúde.

Temos a informar que serão aceitas propostas cujo valores dos itens excedam ao exporto no termo de referência e que o quantitativo dos itens 01 e 03 do edital acima referido passará a vigorar da seguinte maneira:

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE.
01	Câmara para conservação de imunobiológicos	<p>Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros úteis.- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.- Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional.- Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.- Com prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.- Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”.- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.- Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica.- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável.- Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque.- Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.- Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia.- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.- Chave geral de energia – liga/desliga.- Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz.- Registro na ANVISA classe II, ISO 13485, FDA ou CE.- Manual do proprietário em Português.- Sistema de emergência para autonomia de até 36 horas na falta de energia;- Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador;- Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica;- Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos;- Estabilizador de voltagem;- Certificado de calibração padrão RBC;- Processo de qualificações QO/QP/QI;	01



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ: 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 – Centro – CEP 18.580-000
Telefax: (14) 3888-8100 PEREIRAS – Estado de São Paulo

03	Eletrocardiógrafo	<ul style="list-style-type: none">- Eletrocardiógrafo portátil digital de 12 derivações.- Display lcd colorido de no minimo 7" touchscreen com visualização das 12 derivações simultaneamente.- Indicar qualidade do sinal na tela em tempo real.- Capacidade de montar os gráficos dos planos frontal e transversal do coração, indicando área afetada pela falta de oxigenação.- Possuir algoritmo de interpretação do exame com indicação de possível artéria obstruída.- Possuir indicação de possível inversão de eletrodos.- Capacidade para armazenar no mínimo 200 exames.- Comunicação via usb e wireless.- Deve exportar exames em formato pdf.- Deve possuir impressora integrada de no mínimo 06 canais e ser compatível com impressora externa via wireless.- Taxa de amostragem mínima: 8000 amostras/segundo/via.- Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz.- Possuir bateria recarregável com duração mínima de 100 exames.- Acompanha: 01 cabo paciente 10 vias para ecg; eletrodos precordiais de sucção; papel para exames;- 01 manual usuário.- Possuir registro na ANVISA	01

Pereiras, 05 de Dezembro de 2019.

ANA PAULA BUENO
SETOR DE LICITAÇÕES